



# איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל)

23/05/2018

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה ועדכונים עבור מכרז 02/2018 - מענה 8

1. בפירוט ההתקנות מתואר מד חלקיקים כמוודד  $PM_{10}/PM_{2.5}$  האם נדרשים 3 מסוגי מדידות או לחליפין  $PM_{10}/PM_{2.5}$  או  $Pm_{2.5}$   
**נדרשת הצעה הכוללת את 3 האפשרויות המצוינות במכרז**
2. ההגדרות לגרור אינן מספקות!  
נא לציין בבקשה כמות סרנים, כמות דלתות, אורך ורוחב הגרור, כמות מייצבים בעצירה, ארון חשמל חד פאזי או תלת פאזי  
במענה מספר 6 הוגדר - גרור למשקל כולל עד 1500 ק"ג, בגובה של 2 מטר. בעל רשיון נגרר ממשרד התחבורה. חומרי מבנה ומפרט בהתאם להנחיות מני"א ודרישות שירותי הכבאות למבנים יבילים.  
בנוסף:  
שני סרנים  
מערכת בלמים למידות 300/170 ס"מ  
גובה 200 ס"מ (מבנה)  
דלת כניסה 1  
מבנה אלומיניום כולל 4 מייצבים  
מע' חשמל פנימית + תאורה פנימית  
שקעים  
קופסאת חיבורי חשמל חיצונית  
מזגן עילי 1.5  
מסד מכשירים קבוע ללא גלגלים  
מדף קבוע 1  
תורן מטאורולוגי (פירוט תרנים מטאורולוגים)
3. דרישה לביטוח קבלנים לחברה שאינה קבלן ביצוע אזרחי מוזרה ואינה קיימת באף מכרז למערכות ניטור אוויר שפורסם בארץ בעשור האחרון. אבקשכם לשקול נחיצות ביטוח זה.  
בעצת יועץ הביטוח עודכן נספח אי' 5 **אישור קיום ביטוחי הספק (מענה 4)** שכולל בתוכו ביטוח קבלנים ומחייב את המשתתפים והזוכים במכרז.  
ראוי לציין, כי רק הזוכה במכרז יידרש להמציא ביטוח קבלנים בתוקף.

- 1 -



מכון התקנים הישראלי

המסגר 3, חדרה טל: 04-6123400 Fax. 04-6333448 Hadera, ISRAEL  
Web Site: [www.sc-sviva.org.il](http://www.sc-sviva.org.il) E-mail: [igudarim@bezeqint.net](mailto:igudarim@bezeqint.net)