

תאריך: 20/04/25
כ"ב ניסן תשפ"ה
מספרנו : doc.178048

שלום רב,

מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 02/2025 לאספקה והתקנה של ציוד, מכשור ומבנים למערך ניטור אוויר של איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל. (מענה לסדרת שאלות שניה)

מס"ד	מספר סעיף במסמכי המכרז	שאלה	התייחסות האיגוד
1	3.24.4 מענה לשאלה 15.	- אבקש לאפשר להציע כל סוג רצפה ובתנאי שתעמוד בדרישות המכרז לעומס 300 ק"ג/מ"ר וכמובן יאושר ע"י קונסטרוקטור כחלק מאישור המבנה כולו.	ניתן להציע להציע סוג אחר של רצפה העומדת בדרישות המפרט הטכני או שווה ערך, בתנאי שהסוג המוצע קיים בתחנות ניטור של גופים מנטרים אחרים בארץ והאיגוד יוכל לקבל חוות דעת לגבי עמידותם בפני רקבון/מפגעים אחרים, ומבחינת אי נוכחות חומרים/דבקים המדיפים אדי פחמנים לאוויר פנים התחנה. רצוי לצרף המלצות מלקוחות אחרים. אין שינוי בנוסח המכרז
2	+ 5.1.1 5.1.3 דרישות כלליות מהמציע. נספח א'1-מפרט טכני (וכן, מענה לשאלות הבהרה, סידרה I : מס"ד 37)	מבקש לשקול שוב את הנושא של הצמדת המחירים למט"ח ולמדד בארץ המקור מאחר ואי אישור בקשה זו יגרום למציע להעלות מחירים תוך הערכת השינוי שיהיה במט"ח ובמדד במשך 18 חודש כולל תוספת ל"לא ידוע".	

בברכה,
חנאן זחאלקה
מנהלת מחלקת אוויר ואנרגיה

העתקים:
צוות מקצועי באיגוד